

医療安全情報 レポート

Vol.23

働くみんなの医療安全 今回と次回にわたり、「車椅子の安全点検」をテーマに取り上げます。

車椅子事故が増えています!!

車椅子によるインシデントは年々増えています。利用者、患者さんの自走によるインシデント、家族や、医療機関、施設、在宅介護において、重大な事故に繋がるインシデント報告が増えています。

事故の多くは**フットレスト**に関する事故が多くなっています。自走、車椅子介助は必要ですが、車椅子へ移乗後に回りをよく確かめず起きてしまった等、介助する皆さんもヒヤッとしたり、ハットしたことはありませんか？


イラストによる事例

フットレストが下がったまま車椅子へ移乗



フットレスト
注意!!

車椅子から降りる際にフットレストを上げずに降りると危険



ストッパーはかけたが、フットレストを外さずに物を拾い、車椅子ごと転倒した。



車椅子からの移乗時の確認を怠ってしまい、フットレストに足を引っかけてしまった。



車椅子に移乗する際は、①車椅子のストッパーやフットレストの点検、②介助する際の周囲の環境整備、③車椅子を自走する時の注意事項の説明を行いましょう。